



LAS-62/3-PN/18-2020

Rybnik, dnia 05.05.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

(zamówienie nr **LAS-62-PN/18-2020**)

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 22.04.2020 r., pod nr 533587-N-2020

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i wynosiła 150-220° C?”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z folią 6-warstwową, nie licząc warstwy kleju?”

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?”

Odpowiedź 4: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 5: „Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?”

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Odpowiedź 5: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 7: „Dot. Pakietu nr 1 poz. 15,16,17,18,19,20,27,28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 8: „Dot. Pakietu nr 8, poz. 1-5 Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane opakowania posterylizacyjne były wyrobem medycznym?”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym, dopuszcza zaoferowanie wyrobu medycznego.

Pytanie 9: „Pytania do projektu umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.”

Odpowiedź 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 10: „Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?”

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 11: „Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.”

Odpowiedź 11: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 12: „Dotyczy pakiet 1 poz. 1-10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-10 do oddzielnego pakietu? Zgoda Zamawiającego podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli na zaoferowane atrakcyjnych cenowo i wysokich jakościowo produktów.”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Pytanie 13: „Dotyczy pakiet 2 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieloparametrowego wskaźnika chemicznego do kontroli procesu sterylizacji parą w formie paska papierowego z perforacją, na który naniesiono substancję testową koloru niebieskiego?”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 14: „Dotyczy pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietu kontrolnego Bowie Dick o wymiarach arkusza 11x11x1,5 cm?”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pakietu kontrolnego Bowie Dick o wymiarach arkusza nie mniejszego niż 11cmx11cm – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. Należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 15: „Dotyczy pakiet 2 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 250 sztuk z dostosowaniem się do zapotrzebowania Zamawiającego?”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.

Pytanie 16: „Dotyczy pakiet 2 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 17: „Dotyczy pakiet 2 poz. 3 Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim”

Odpowiedź 17: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 18: „Dotyczy pakiet 2 poz. 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę aby chemiczny wskaźnik przebarwiający się z koloru różowego na niebieski? Kolor przebarwienia nie jest objęty żadnymi normami, chodzi tylko o wyraźną i łatwą w odczycie zmianę koloru.”

Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 19: „Dotyczy pakiet 2 poz. 7 Czy Zamawiający wymaga, aby podajnik do taśm wskaźnikowych wykonany był ze stali malowanej proszkowo, z możliwością umiejscowienie jednocześnie 2 taśm? Stalowa konstrukcja urządzenia gwarantuje większą stabilność podajnika.”

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 20: „Dotyczy pakiet 2 poz. 10 Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 21: „Dotyczy pakiet 2 poz. 10 Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 22: „Dotyczy pakiet 2 poz. 11 Czy Zamawiający wymaga aby pola odczytu miały postać jednolitych, wyraźnych kwadratów co zapewni bardziej krytyczny odczyt skuteczności mycia?”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 23: „Dotyczy pakiet 2 poz. 11 Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?”

Odpowiedź 23: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 24: „Dotyczy pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby test wykonany był z materiału typu Tyveku, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji?”

Odpowiedź 24: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 25: „Dotyczy pakiet 4 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga, aby test wykonany był z materiału typu Tyveku, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji?”

Odpowiedź 25: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 26: „Dotyczy pakiet 4 poz. 5 Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Pytanie 27: „Dotyczy pakiet 4 poz. 5 Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 28: „Dotyczy pakiet 5 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki sterylizacji plazmowej umieszczone na teście chemicznym i biologicznym przebarwiały się w identyczny sposób, tzn. z koloru różowego na kolor niebieski? Pozwoli to na łatwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy sposób identyfikacji wyników.”

Odpowiedź 28: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 29: „Dotyczy pakiet 5 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem *Geobacillus stearothermophilus* o populacji 10^6 , która jest bardziej wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów?”

Odpowiedź 29: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 30: „Dotyczy pakiet 7 poz. 1-6 Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki klasy I znajdujące się na linii zgrzewu fabrycznego przebarwiały się w identyczny sposób jak etykiety na wskaźnikach chemicznych i biologicznych do sterylizacji plazmowej, np. z koloru różowego na niebieski? Personel będzie miał jasność i gwarancję poprawności odczytu przeprowadzonego procesu sterylizacji.”

Odpowiedź 30: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 31: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 1-10)

Prosimy o dopuszczenie rękawów zgodnych z SIWZ o folii 5 warstwowej (nie licząc warstwy kleju), o gramaturze papieru 60g. Znak CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego użytku umieszczone wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym. Wskaźnik sterylizacji w postaci jednolitego prostokąta bez prążków.”

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 32: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 15-17) Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane papiery mają być koloru białego, czy zielonego?”

Odpowiedź 32: Zamawiający precyzuje, iż wymaga papieru w kolorze białym.

Pytanie 33: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 18-20) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane papiery mają być koloru białego, czy zielonego?”

Odpowiedź 33: Zamawiający precyzuje, iż wymaga papieru w kolorze zielonym.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Pytanie 34: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 15-20) Prosimy o dopuszczenie papierów zgodnych z SIWZ o w wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,5 kN/m.”

Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 35: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 21-26) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o folii 5 warstwowej (nie licząc warstwy kleju), o gramaturze papieru 60g. Znak CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego użytku umieszczone wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym. Wskaźnik sterylizacji w postaci jednolitego prostokąta bez prążków.”

Pytanie 36: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 21) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ w rozmiarze 200 x 400 mm.”

Pytanie 37: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 22) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 270 x 450 mm.”

Pytanie 38: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 23) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 300x 500 mm.”

Pytanie 39: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 24) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 400x 520 mm.”

Pytanie 40: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 25) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 400x 580 mm.”

Pytanie 41: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 26) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 500x600 mm.”

Pytanie 42: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 27-28)
Czy Zamawiający dopuści w 100% syntetyczną, niezawierającą celulozy 4 - warstwową włókninę o zwiększonej wytrzymałości?”

Pytanie 43: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 29-48) Czy Zamawiający dopuści torebki zgodne z SIWZ o 5-warstwowej folii, o grubości 52µm oraz gramaturze papier 60g/m2.”

Pytanie 44: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 30) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 75x210 mm.”

Pytanie 45: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 31) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 75x280 mm.”

Pytanie 46: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 32) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 75x280 mm.”

Pytanie 47: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 33) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 100x200 mm.”

Pytanie 48: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 35) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 100x240 mm.”

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



- Pytanie 49:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 36) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 100x300 mm.”
- Pytanie 50:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 37) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 100x420 mm.”
- Pytanie 51:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 38) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 150x210 mm”
- Pytanie 52:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 39) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 150 x 320 mm.”
- Pytanie 53:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 40) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 150 x 320 mm.”
- Pytanie 54:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 42) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 200 x 320 mm.”
- Pytanie 55:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 43) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 200 x 360 mm.”
- Pytanie 56:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 44) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 100 x 300 mm.”
- Pytanie 57:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 45) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 100 x 420 mm.”
- Pytanie 58:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 46) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 150 x 400 mm.”
- Pytanie 59:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 47) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 200 x 420 mm.”
- Pytanie 60:** „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 48) Prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 300 x 500 mm.”

Odpowiedź 35- 60: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 61: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 2, poz. 2) Ponieważ wskaźniki Bowie&Dick mają najwyżej postawione wymagania pośród wszystkich wskaźników do kontroli procesu sterylizacji, Czy Zamawiający wymaga by zgodność z normą ISO1140 była poświadczona certyfikatem, na którym znajduje się kod oraz nazwa produktu wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikowaną?”

Odpowiedź 61: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 62: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 2, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści testy typu 5 posiadające oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120-135oC. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD, o rozmiarze wskaźnika 19 x 100 mm.”

Odpowiedź 62: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 63: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 2, poz. 5,6) Prosimy o dopuszczenie tolerancji taśmy +/- 1mm.”

Odpowiedź 63: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 64: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 2, poz. 10) Czy Zamawiający wymaga by testy spełniano wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 oraz by typ wskaźnika nadrukowany był na każdym wskaźniku?”

Odpowiedź 64: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 65: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 2, poz. 12) Czy Zamawiający wymaga by uchwyt wykonany był w postaci otwieranego klipsa nie uszkadzającego substancji testowej?”

Odpowiedź 65: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 66: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 5, poz. 5) Czy Zamawiający wymaga testów w postaci jednoelementowego przyrządzie, w którym znajduje się wymazówka do pobrania próby i substancja testowa. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg.”

Odpowiedź 66: Zamawiający zaznacza, że w pakiecie 5 brak jest poz. 5.

Pytanie 67: „Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?”

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.”

Odpowiedź 67: Zamawiający podtrzymuje formę złożenia oferty, nie wymaga osobistego jej doręczenia.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Pytanie 68: „Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści testy z substancją wskaźnikową zmieniającą barwę po procesie sterylizacji z fioletowego na zielony, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Kolor przebarwienia wskaźnika nie ma wpływu na działanie testów a dopuszczenie powyższych umożliwi otrzymanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert.”

Odpowiedź 68: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytania 69-73 dotyczą Pakietu nr 2:

Pytanie 69: „Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 jako odrębny pakiet? Wyrażenie zgody umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert.”

Odpowiedź 69: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 70: „Dotyczy pozycji 3. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wskaźników klasy 6 do kontroli sterylizacji parowej zgodnych z ISO 11140 o parametrach 134°C / 7 min. oraz 121°C / 15 min.”

Odpowiedź 70: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 71: „Dotyczy pozycji 4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wskaźników klasy 4 do kontroli sterylizacji plazmowej / H₂O₂ zgodnych z ISO 11140 o substancji wskaźnikowej ułożonej liniowo.”

Odpowiedź 71: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 72: „Dotyczy pozycji 4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wskaźników klasy 4 do kontroli sterylizacji plazmowej / H₂O₂ zgodnych z ISO 11140 o substancji wskaźnikowej zmieniającej kolor po sterylizacji z niebieskiego na zielony.”

Odpowiedź 72: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 73: „Dotyczy pozycji 4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wskaźników klasy 4 do kontroli sterylizacji plazmowej / H₂O₂ zgodnych z ISO 11140 o substancji wskaźnikowej zmieniającej kolor po sterylizacji z czerwonego na żółty.”

Odpowiedź 73: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



Pytania 74-76 dotyczą Pakietu nr 4:

Pytanie 74: „Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 4, 5 jako odrębny pakiet? Wyrażenie zgody umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert.”

Odpowiedź 74: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 75: „Prosimy o informację, czy pozycja 4 „Testy chemiczne do kontroli procesów sterylizacji w nadtlenku wodoru” jest tożsama z pozycją 4 z pakietu nr 2?”

Odpowiedź 75: Zgodnie z formularzem cenowym jest to odrębny asortyment.

Pytanie 76: „Dotyczy pozycji 4. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do zaferowania testy pakowane po 500 szt. i zgodzi się na odpowiednie przeliczenie ilości oferowanych sztuk tak, aby końcowa ilość testów była zgodna z wymaganiem Zamawiającego?”

Odpowiedź 76: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.

Pytanie 77: „Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści pakiety Bowie Dick posiadające arkusz wskaźnikowy o wymiarach ok.11,5cmx11,5cm? Tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpłynie na jakość czy funkcjonalność produktu”

Odpowiedź 77: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

Pytanie 78: „Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.”

Odpowiedź 78: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań.

Pytanie 79: „Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści testy zmieniające przebarwienie po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony?”

Odpowiedź 79: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie dopuszcza zaferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 80: „Dotyczy: pakiet 1, pozycje 11, 12, 13, 14 Czy Zamawiający wyłączy pozycje 11, 12, 13, 14 do oddzielnego pakietu? Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.”

Odpowiedź 80: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 81: „Dotyczy: pakiet 6, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści etykietę w rozmiarze 59 x 40 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 81: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 82: Pakiet 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający wymagania SIWZ z punktowym ułożeniem substancji wskaźnikowej?

Odpowiedź 82: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 83: Pakiet 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny pakiet kontrolny Bowie Dick’a spełniający wymagania SIWZ o wymiarach mniejszych niż 12 x 12 cm?

Odpowiedź 83: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 77.

Pytanie 84: Pakiet 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki konfekcjonowane w opakowaniach a’ 250szt.?

Odpowiedź 84: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań

Pytanie 85: Pakiet 2 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki zmieniające barwę po procesie sterylizacji na kolor fioletowy?

Odpowiedź 85: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 86: Pakiet 1 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw z zakładką 75 x 25 mm ?

Odpowiedź 86: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 87: Pakiet 1 poz. 11-14: Czy Zamawiający zechce wydzielić ww. pozycje do osobnego pakietu? Umożliwi to większej ilości oferentów złożenie ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź 87: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 88: Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 7)

Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ z zakładką 25 mm.

Odpowiedź 88: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 89: Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 8 -9)

Prosimy o dopuszczenie rękawów zgodnych z SIWZ z zakładką 40 mm.

Odpowiedź 89: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 90: Pytanie 3 – do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 (pakiet nr 1, poz. 10)

Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ zakładką 60 mm.

Odpowiedź 90: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert przedłużony do dnia 08.05.2020 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.

Egz.:

1. strona internetowa,
2. aa.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272