

SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 3

Urządzenie do drenażu autogenicznego – 1 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Urządzenie służące do drenażu autogenicznego dzieci, polegającego na rozrzedzeniu śluzu oskrzelowego za pomocą wibracji powietrza podczas fazy wydechu.	TAK	
2.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
7.	Autoryzowany serwis na terenie Polski.	TAK podać	
8.	Zasilanie 230 V AC, 50 Hz.	TAK	
9.	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące .	TAK podać	
10.	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.	TAK	
II.	PARAMETRY:		
1.	Możliwość generowania przez urządzenie następujących po sobie wibracji podciśnienia o niskich częstotliwościach w celu wzruszenia wydzieliny i usunięcia jej z dróg oddechowych.	TAK	
2.	Możliwość sterowania urządzeniem zdalnie za pomocą pilota oraz przyciskami znajdującymi się na generatorze. Pilot zasilany bateriami.	TAK	
3.	Zwolnienie przycisku sterowania na pilocie lub na urządzeniu zatrzymuje wytwarzanie wibracji przez urządzenie.	TAK	
4.	Wskaźniki lub diody LED na panelu sterowania ukazujące w czasie rzeczywistym wydajność urządzenia.	TAK	
5.	Pneumatyczny generator wibracji.	TAK	
III	POZOSTAŁE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE:		
1.	Dwa zestawy oddechowe składające się z filtra i elastycznej rurki przyłączeniowej (w skład zestawu wchodzi 10 szt. filtrów i 10 szt. rurek).	TAK	
2.	Ustniki jednorazowe: 100 sztuk	TAK	
3.	Obudowa łatwa do utrzymania czystości, odporna na środki dezynfekcyjne.	TAK	
IV	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)