



TAM-587/2-PN/90-2020

Rybnik, dnia 20.10.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

## WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**zakup 8 szt. łóżek intensywne nadzoru z wyposażeniem  
i materacami przeciwoleżynowymi z pompami**  
(zamówienie nr TAM-587-PN/90-2020)  
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  
z dnia 12.10.2020 r., nr 595734-N-2020

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Uwaga: pytania od nr 1 do nr 25 – Łóżko intensywne nadzoru z wyposażeniem – 8 szt.**

**Pytanie 1: „pkt. II.3**

*Czy Zamawiający dopuści: Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych.?”*

**Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 2: „pkt. II.4**

*Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie podstawa łóżka podpięta leże w minimum 4 punktach, gwarantując pełną stabilność w każdym miejscu leża?”*

**Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.**

### Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

**Pytanie 3: „pkt. II.6**

*Czy Zamawiający dopuści: długość całkowita w mm: w poz. krótkiej 2190, standardowej 2300, wydłużonej -2420. Szerokość całkowita 1030 mm niezależna od pozycji barierek?”*

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 4: „pkt. II.7**

*Czy Zamawiający dopuści: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 340 mm do 780 mm?”*

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 5: „pkt. II.8**

*Czy Zamawiający dopuści: Bezpieczne obciążenie robocze minimum 250 kg.?”*

**Odpowiedź 5:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, tj. przy zachowaniu maksymalnej wagi pacjenta minimum 220 kg. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 6: „pkt. II.9**

*Czy Zamawiający dopuści: Maksymalna waga pacjenta minimum 185 kg.?”*

**Odpowiedź 6:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 7: „pkt. II.16**

*Czy Zamawiający dopuści Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 34 cm. Barierki zabezpieczające pacjenta na  $\frac{3}{4}$  długości.?”*

**Odpowiedź 7:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 8: „pkt. II.18**

*Czy Zamawiający dopuści łóżko standardowo wyposażone w listwy do powieszenia drenażu lub worków urologicznych, umiejscowione bocznie pod leżem pacjenta, barierki z możliwością zawieszenia pilota na barierkach.?”*

**Odpowiedź 8:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 9: „pkt. II.20**

*Czy Zamawiający dopuści: Przedłużenie leża minimum 23 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka.?”*

**Odpowiedź 9:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 10: „pkt. II.22**

*Czy Zamawiający dopuści: w narożnikach leża 4 okrągłe krążki odbojowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.?”*

**Odpowiedź 10:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 11: „pkt. II.23**

*Czy Zamawiający dopuści: Pilot z uchwytem do zawieszenia na barierkach lub szczytach łóżka, zabezpieczające pilot w czasie transportu.?”*

**Odpowiedź 11:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 12 pkt. II.24**

*„Czy Zamawiający dopuści: w części nożnej łóżka wysuwana półka np. na pościel lub inne akcesoria?”*

**Odpowiedź 12:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 13: „pkt. II.25**

*Czy Zamawiający dopuści: ramę wokół leża stabilizującą materac.?”*

**Odpowiedź 13:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 14: „pkt. II.26**

*Czy Zamawiający dopuści: Koła o średnicy około 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.?”*

**Odpowiedź 14:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 15: „pkt. II.29**

*Czy Zamawiający dopuści: Stopień ochronności (wodoszczelności) układu elektrycznego min. IPX4.?”*

**Odpowiedź 15:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 16: „pkt. III.1**

*Czy Zamawiający dopuści: Czytelny panel sterujący w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa (autokontur), regulacja części udowej.?”*

**Odpowiedź 16: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 17: „pkt. III.2**

*Czy Zamawiający dopuści: Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z przyciskami membranowymi oraz czytelnymi piktogramami użytej funkcji. Przyciski membranowe płaskie, odporne na uderzenia i środki dezynfekcyjne, z delikatnym podświetleniem ledowym ułatwiającym pracę w nocy lub ciemnym pomieszczeniu?”*

**Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 18: „pkt. III.4**

*Czy Zamawiający dopuści: Panel centralny sterujący wbudowany w barierki od strony zewnętrznej. Panel sterujący wyposażony minimum w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, CPR, krzesła kardiologicznego (automatyczne krzesło). . Panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji. Panel wyposażony w optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.?”*

**Odpowiedź 18: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 19: „pkt. III.5**

*Czy Zamawiający dopuści: Panel centralny bez dodatkowego przycisku umożliwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji.?”*

**Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 20: „pkt. III.6**

*Czy Zamawiający dopuści: Dodatkowy pilot przewodowy z przyciskami membranowymi oraz czytelnymi piktogramami użytej funkcji. Przyciski membranowe płaskie, odporne na uderzenia i środki dezynfekcyjne, z delikatnym podświetleniem ledowym ułatwiającym pracę w nocy lub ciemnym pomieszczeniu?”*

**Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 21: „pkt. III.7**

*Czy Zamawiający dopuści: Nie, łóżko standardowo wyposażone w automatyczną pauzę na 30st. oraz możliwość zatrzymania segmentu oparcia pleców w pozycji wg wskazania kątomierza na ramie łóżka?”*

**Odpowiedź 21: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 22: „pkt. III.8**

*Czy Zamawiający dopuści?:*

*Elektryczne regulacje:*

- segment oparcia pleców od 0 do 62 stopni*
- segment uda od 0 do 20 stopni*
- pozycja Trendelenburga od 0 do 12 stopni*
- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 12 stopni”*

**Odpowiedź 22: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 23: „pkt. III.10**

*Czy Zamawiający dopuści: Łóżko bez sygnalizacji dźwiękowej informującej o najniższej pozycji leża.?”*

**Odpowiedź 23: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 24: „pkt. III.11**

*Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wysięgnika dla pacjenta z uchwytami na rękę?”*

**Odpowiedź 24: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 25: „pkt. III.11**

*Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia osobnego materaca podkładowego 10cm a w zamian dopuści materac zmiennociśnieniowy bezpośrednio kładziony na leże zawierający w swojej budowie dolną warstwę właśnie podkładową z pianki poliuretanowej?*

*Takie rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne i długowieczne od wymaganego”*

**Odpowiedź 25: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytania od nr 26 do nr 35 dotyczą - Materac przeciwoleżynowy – 8 szt.**

**Pytanie 26: „pkt. I.8**

*Czy Zamawiający dopuści: Materac o wymiarach około 203 cm x 86 cm x 17,5 cm, pasujący do zaferowanego łóżka. Materac zawierający podkład piankowy o gr. 6 cm?”*

**Odpowiedź 26: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 27: „pkt. II.3**

*Czy Zamawiający dopuści: Komory umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają naprzemiennie (co druga) w cyklu 10 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem.?”*

**Odpowiedź 27: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 28: „pkt. II.4**

*Czy Zamawiający dopuści: Materac zbudowany z 20 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu, zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Materac bez-pośrednio kładziony na leże (wyposażony w podkład piankowy), nie wymagający stosowania jakiś materacy podkładowych?*

**Odpowiedź 28: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 29: „pkt. II.6**

*Czy Zamawiający dopuści: Materac nie wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta?”*

**Odpowiedź 29: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 30: „pkt. II.7**

*Czy Zamawiający dopuści: Materac bez funkcji rotacji w trybie statycznym i zmiennociśnieniowym.?”*

**Odpowiedź 30: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 31: „pkt. II.8**

*Czy Zamawiający dopuści: Materac bez funkcji przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac.?”*

**Odpowiedź 31: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 32: „pkt. II.9**

*Czy Zamawiający dopuści: Materac wyposażony w system pozwalają-cy na odprowadzenie wilgoci i ciepła z wnętrza materaca, co pozwala osuszyć powietrze otaczające komory ora zapewnić pacjentowi większy komfort?”*

**Odpowiedź 32: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 33: „pkt. II.15**

*Czy Zamawiający dopuści: Zestaw rur łączących pomiędzy pom-pą, a materacem powietrznym o konstrukcji z zabezpieczeniem przed złamaniem dzięki któremu nie dojdzie do zgniecenia i zahamowania przepływu powietrza?”*

**Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 34: „pkt. II.16**

*Czy Zamawiający dopuści: Przewód elektryczny odłączalny od pompy?”*

**Odpowiedź 34: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Pytanie 35: „pkt. II.17**

*Czy Zamawiający dopuści: Pompa materaca automatycznie dostosowuje ciśnienie wewnątrz materaca do wskaźnika masy ciała (BMI) oraz pozycji pacjenta w cyklu 10 ±2 minut dla trybu naprzemiennego, oraz w cyklu ciągłym dla trybu stałego niskiego ciśnienia. Bez potrzeby manualnego ustawiania w zależności od masy ciała pacjenta. Dodatkowo*

*pompa z funkcją manualnego doregulowania ciśnienia w komorach w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta?"*

**Odpowiedź 35:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 36:** „*zapisy umowy*

*Wnosimy o dodanie zapisu ze łączne kary umowne naliczone na podstawie par 5 ust. 1 pkt a i b nie mogą być wyższe niż 10% wartości umowy*

*Wnosimy o dodanie do umowy zapisu ze strony przewidują możliwość zmiany umowy (aneksu) w przypadku gdy dotrzymanie terminu realizacji nie będzie możliwe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności ze względu na okoliczności leżące po stronie Zamawiającego.”*

**Odpowiedź 36:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 37:** „*warunki gwarancji pkt. 4*

*Czy Zamawiający dopuści: Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych lub 14 dni roboczych w przypadku konieczności ściągnięcia części z zagranicy?"*

**Odpowiedź 37:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 38:** „*warunki gwarancji pkt 5*

*Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy zamiennie analogiczny element dostawy.?"*

**Odpowiedź 38:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 39:** „*Czy Zamawiający dopuści łóżko bez sygnalizacji dźwiękowej informującej o zwolnionej blokadzie kół?"*

**Odpowiedź 39:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Uwaga:** pytania od nr 40 do nr 63 dotyczą załącznika nr 1.2, Łóżko intensywnego nadzoru z wyposażeniem – 8 szt.

**Pytanie 40:** „*Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą podpierającą leże w postaci dwóch kolumn o przekroju cylindrycznym, które stanowią 4 pkt podparcia leża, są systemem nowocześniejszym oraz łatwym do dezynfekcji dzięki eliminacji miejsc trudnodostępnych?"*

**Odpowiedź 40:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 41:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi, lakierowanymi, zabezpieczonymi przed rdzą szynami bocznymi na akcesoria ?”

**Odpowiedź 41:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 42:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2230mm?”

**Odpowiedź 42:** : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 43:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości 395-775mm (skok 380mm)?”

**Odpowiedź 43:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 44:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250kg oraz z maksymalną wagą pacjenta 185kg zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 z uwagi na przeznaczenie łóżka na intensywny nadzór? Zwracamy uwagę, iż wymóg wagi pacjenta minimum 220kg wymusza zaoferowanie łóżka o całkowitym bezpiecznym obciążeniu roboczym 285kg, tj 220kg + wymagane przez normę bezpieczeństwa 65kg na materac, akcesoria i ciężar przenoszony przez akcesoria?”

**Odpowiedź 44:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, tj. przy zachowaniu maksymalnej wagi pacjenta minimum 220 kg. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 45:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem w całości wypełnionym tworzywowymi panelami z polipropylenu oraz z możliwością wsunięcia kasety pod materac lub pacjenta zatem nie ma potrzeby stosowania tunelu na kasety?”

**Odpowiedź 45:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 46:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami zwalniającymi mechanizm przedłużenia leża umieszczonymi przy szczytce nóg, w konstrukcji podpierającej szczyt? Rozwiązanie tożsame.”

**Odpowiedź 46:** : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym



pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 47:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w stały szczyt, który nie porusza się wraz z leżem podczas podnoszenia lub ustawiania pozycji Trendelburga, zatem łóżko wyposażone jest w klasyczne, okrągłe (nie stożkowe), jednoosiowe krążki odbojowe? W przypadku stałego szczytu krążki stożkowe oraz dwuosiowe są zbędnym wyposażeniem, gdyż stały szczyt eliminuje ryzyko uszkodzenia parapetu, panelu nadłóżkowego itp.”

**Odpowiedź 47:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 48:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma uchwytami stabilizującymi materac na leżu oraz dodatkowo z leżem wyprofilowanym w sposób ograniczający przesuwanie się materaca (podniesione brzegi)?”

**Odpowiedź 48:** : Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 49:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją wizualną, graficzną informującą o zwolnionym/zablokowanym hamulcu bez konieczności emisji dodatkowego dźwięku?”

**Odpowiedź 49:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 50:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem wbudowanym w barierki po stronie zewnętrznej bez wbudowanego wyświetlacza LCD?”

**Odpowiedź 50:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 51:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym, który posiada przyciski z zaprogramowanymi pozycjami najczęściej stosowanymi, zatem nie ma potrzeby wyposażenia panelu w przycisk do zapamiętania pozycji?”

**Odpowiedź 51:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 52:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą paneli wbudowanych w bariery boczne (od wewnątrz i zewnątrz) oraz panelu centralnego, łóżko bez dodatkowego pilota przewodowego, który często ulega uszkodzeniom, np. z powodu upadku na podłogę lub uszkodzenia przewodu w wyniku zaplątania się w bariery boczne?”

**Odpowiedź 52:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 53:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją automatycznego zatrzymania segmentu pleców jedynie w pozycji 30° przy regulacji w dowolnym kierunku za pomocą przycisków w panelu centralnym oraz panelach wbudowanych w bariery boczne?”

**Odpowiedź 53:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 54:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie 0-64 stopni, uda w zakresie 0 – 32 stopni ?”

**Odpowiedź 54:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 55:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża tylko za pomocą centralnego panelu sterowania oraz paneli wbudowanych w bariery boczne?”

**Odpowiedź 55:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 56:** „Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją diodową, optyczną informującą o najniższej pozycji leża?”

**Odpowiedź 56:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 57:** „Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200cm x 86cm x 18,5cm?”

**Odpowiedź 57:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji. Przy zachowaniu kompatybilności z zaferowanym łóżkiem.

**Pytanie 58:** „Czy Zamawiający dopuści materac z trybem zmiennociśnieniowym co trzecia, z funkcją trybu statycznego, z możliwością powrotu do trybu zmiennociśnieniowego przez personel?”

**Odpowiedź 58:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 59:** „Czy Zamawiający dopuści materac pracujące w trybie zmiennociśnieniowym, w stałym cyklu trwającym 10 minut?”

**Odpowiedź 59:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 60:** „Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 18stu komór?”

**Odpowiedź 60:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje /

*parametry*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 61:** „Czy Zamawiający dopuści materac nie wyposażony w funkcję rotacji pacjenta?”

**Odpowiedź 61:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 62:** „Czy Zamawiający dopuści materac z podłączeniem prostym do pompy?”

**Odpowiedź 62:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 63:** „Czy Zamawiający dopuści materac z pompą posiadającą na panelu sterowania pompy: alarm niskiego ciśnienia, alarm braku zasilania i alarm serwisowy oznaczone oddzielnym piktogramem i diodą?”

**Odpowiedź 63:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uwaga:** pytania od nr 64 do nr 79 dotyczą II. ŁÓŻKO INTENSYWNEGO NADZORU - PARAMETRY

**Pytanie 64:** „Czy Zamawiający w pkt.6 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywne nadzoru, gdzie długość całkowita wynosi 2150 mm, a szerokość całkowita 970 mm?”

**Odpowiedź 64:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 65:** „Czy Zamawiający w pkt.7 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywne nadzoru, gdzie elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 395 mm do 785 mm?”

**Odpowiedź 65:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 66:** „Czy Zamawiający w pkt.8 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywne nadzoru, gdzie bezpieczne obciążenie robocze 250 kg?”

**Odpowiedź 66:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, tj. przy zachowaniu maksymalnej wagi pacjenta minimum 220 kg. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 67:** „Czy Zamawiający w pkt.9 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywne nadzoru, gdzie maksymalna waga pacjenta 220 kg?”

**Odpowiedź 67:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 68:** „Czy Zamawiający w pkt.11 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywne nadzoru, gdzie leże wypełnione metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stałe do leża?”

**Odpowiedź 68:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 69:** „Czy Zamawiający w pkt.15 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywne nadzoru, posiadające bariery boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52?”

**Odpowiedź 69:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 70:** „Czy Zamawiający w pkt.17 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, posiadające bariery boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52?”

**Odpowiedź 70:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 71:** „Czy Zamawiający w pkt.18 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, z możliwością powieszenia pilota na barierkach., powieszenie drenażu lub worków urologicznych pod leżem z obu stron łóżka ?”

**Odpowiedź 71:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 72:** „Czy Zamawiający w pkt.20 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, z możliwością przedłużenie leża o 200 mm od strony nóg pacjenta, bez użycia narzędzi, mechanizm umieszczony od strony nóg pod leżem łóżka?”

**Odpowiedź 72:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 73:** „Czy Zamawiający w pkt.22 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, wyposażone w krążki odbojowe na każdym rogu leża?”

**Odpowiedź 73:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 74:** „Czy Zamawiający w pkt.23 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, łóżko bez kieszeni zabezpieczającej pilota, w czasie transportu pilot może być zawieszony na szczycie łóżka?”

**Odpowiedź 74:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uwaga:** pytania od nr 75 do nr 87 dotyczą III ŁÓŻKO INTENSYWNEGO NADZORU – FUNKCJE I WYPOSAŻENIE

**Pytanie 75:** „Czy Zamawiający w pkt.1 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, bez paneli sterujących w barierkach od wewnątrz dla pacjenta? Sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka odbywa się za pomocą pilota pacjenta, oraz centralnego panelu sterującego.”

**Odpowiedź 75:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 76:** „Czy Zamawiający w pkt.2 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, gdzie panel dla personelu medycznego nie posiada wyświetlacza LCD, można go zawiesić na szczycie łóżka od strony nóg?”

**Odpowiedź 76:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 77:** „Czy Zamawiający w pkt.6 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, gdzie pilot przewodowy bez wyświetlacza LCD, o wybranej funkcji informuje kolorowa dioda?”

**Odpowiedź 77:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 78:** „Czy Zamawiający w pkt.7 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, posiadające możliwość płynnej regulacji położenia segmentu oparcia pleców w całym dostępnym zakresie?”

**Odpowiedź 78:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 79:** „Czy Zamawiający w pkt.9 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, gdzie regulacja wysokości odbywa się za pomocą pilota i panelu centralnego?”

**Odpowiedź 79** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Uwaga:** pytanie nr 80 dotyczy **Materac przeciwodleżynowy – 8 szt. I. INFORMACJE OGÓLNE:**

**Pytanie 80:** „Czy Zamawiający w pkt.8 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, o wysokości większej niż 13 cm?”

*Uzasadnienie:*

*Im większa ilość komór w materacu oraz ich wysokość tym większa jest skuteczność medyczna materaca.*

*Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP”*

**Odpowiedź 80:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Uwaga:** pytania od nr 81 do nr 87 dotyczą **Materac przeciwodleżynowy – 8 szt. II. PARAMETRY i FUNKCJE:**

**Pytanie 81:** „Czy Zamawiający w pkt.1 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, którego funkcje dobierane są świadomie przez personel medyczny?  
Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie tzw. bezdotykowej terapii odleżyn tj. np. dokonywanie odcinkowego wyłączenia komór w materacu istniejącej odleżyny.

*Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP”*

**Odpowiedź 81:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 82:** „Czy Zamawiający w pkt.3 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut?

*Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego materaca w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3).*

*Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP”*

**Odpowiedź 82:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 83:** „Czy Zamawiający w pkt.4 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, wykonany z większej ilości komór niż 16?

*Uzasadnienie: im większa ilość komór w materacu oraz ich wysokość tym większa jest skuteczność medyczna materaca.*

*Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych”*

**Odpowiedź 83:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 84:** „Czy Zamawiający w pkt.6 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, o większym zakresie regulacji niż 10-20 minut, posiadającym możliwość regulacji osobną dla każdej ze stron rotacji tj. osobno regulowaną czasem oraz kątem tzw. przechyłu tj. rotacji bocznej?

*Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.”*

**Odpowiedź 84:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 85:** „Czy Zamawiający w pkt.7 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy i może być dokonywane również w trybie niezależnym od trybu zmiennociśnieniowego np. w trybie statycznym?

*Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej skuteczne medycznie.*

*Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP."*

**Odpowiedź 85:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 86:** „Czy Zamawiający w pkt.8 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwoleżynowy, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy?

*Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej skuteczne medycznie.*

*Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP."*

**Odpowiedź 86:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 87:** „Czy Zamawiający w pkt. 18 Specyfikacji technicznej wymaga, aby pompa posiadała alarm przeglądu serwisowego?

*Jest to funkcja polegająca na informowaniu użytkownika o wymaganym przeglądzie technicznym*

*urządzenia, która nie ma nic wspólnego z jego awarią. Funkcja ta wynika z faktu zliczania przez urządzenie tzw. przepracowanych roboczogodzin oraz po upływie czasu przepracowania urządzenia wzywa za pomocą alarmu przeglądu serwisowego użytkownika do wykonania tzw. przeglądu okresowego, stanu technicznego tego urządzenia.*

*Opisana przez Zamawiającego funkcja alarmu serwisowego to jedynie tzw. Service Alarm tj. alarm serwisowy. Jest to informacja informująca o tym, że urządzenie nie powinno być dalej używane*

*ze względu na swoje aktualne problemy techniczne tj. niesprawność swoich elementów np. elektrozaworów. Jest to wyraźnie sformułowane w zapisie „service alarm with error code”*

*oznaczającym w tłumaczeniu „alarm serwisowy z kodem błędu”*

*tj. wskazaniem rodzaju usterki.*

*W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP."*

**Odpowiedź 87:** Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert przedłużony pismem nr TAM-587/1-PN/90-2020 z dnia 16.10.2020 r. (modyfikacja 1) **do dnia 23.10.2020 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.