

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 1.1

Pakiet 1 Testy antygenowe SARS CoV-2

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena za jedn.miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	Nr katalogowy /Kod produktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli</p> <p>Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika</p> <p>W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli (łamiące się w łatwy sposób, umożliwiając umieszczenie wymazówki w próbówce), kontrola dodatnia i ujemna, statyw na próbówki</p> <p>Parametry testu wyznaczone względem PCR: czułość min. 90% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce, swoistość: min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce</p> <p>Test musi spełniać wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygeny w diagnozie SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO</p> <p>Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce</p> <p>Możliwość odczytu wyniku po 15 minutach</p> <p>Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z próbówki ekstrakcyjnej</p> <p>Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym</p> <p>Do oferty przedłożyć metodykę wykonania testu w języku polskim i angielskim.</p>	op a 25 testów*	400						

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Zamawiający wymaga zaferopowania testów o czułości i swoistości potwierdzonych w niezależnych opublikowanych badaniach lub w badaniach zrealizowanych na polskiej populacji w podmiocie leczniczym, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 174/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 05.11.2020 r.zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

*Dopuszcza się opakowania zawierające inną ilość sztuk / testów w opakowaniu ; w przypadku ich zaferopowania należy wypełnić kolumny nr 3 i 4 przeliczając z dokładnością do 2 cyfr po przecinku (zaokrąglenie w górę)

Do oferty przedłożyć metodykę wykonania testu w języku polskim i angielskim.