



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



ISO 27001

TAM-1363/1-PN/124-2020

Rybnik, dnia 05.01.2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup 5 szt. komór do transportu pacjentów chorych zakaźnie

(zamówienie nr TAM-1363-PN/124-2020)

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 30.12.2020 r., nr 770434-N-2020

Zamówienie w ramach projektu: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”, poz. 19

Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20

Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Czy dopuszczą Państwo do postępowania wysokiej jakości komorę izolacyjną do transportu osób zakaźnych (NP-320) w załączniku parametry techniczne. Komora ta jest wykorzystywana w ponad 70 lokalizacjach w Polsce na oddziałach SOR, w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego i innych oddziałach szpitalnych”

Opis produktu
Zdjęcie produktu

Komora do transportu osób zakaźnych
(Pokrywa z złączem tlenowym)

Specyfikacja

Wysokość	430mm
Szerokość	570mm
Długość	1950mm
Podciśnienie sprężarki/ urządzenia	> 20Pa
Przepływ	>100L/min
Zasilanie	Akumulator: BOSCH 36V.4Ah

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Skuteczność filtracji	Lub 12V.DC z gniazdka zapalniczki
Zużycie	0.3micra > 99.9995 %
Czas pracy baterii	30 Va
Waga	> 8 godzin
Główne akcesoria	17kg
	Filtr 4 szt
	Rękawiczki 1 para
	Wąż 1 zestaw
	Akumulator oraz ładowarka 1 zestaw
	Sprężarka 1 zestaw

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 11.01.2021 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

.....