



TAM-851/1-PN/86-2014

Rybnik, dnia 15.12.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawę aparatów do pomiaru rzutu serca - 2 sztuki (zamówienie: TAM-851-PN/86-2014)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09.12.2014 r., pod nr 255085-2014

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „W części I INFORMACJE OGÓLNE w punkcie 9 dopuści monitor o wadze 4,8 kg ?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu – tj. aparatu o wadze do 4,8 kg, z zachowaniem pozostałych wymagań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu należy stosowną zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 do oferty - „Specyfikacja techniczna” w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” w wierszu poz. I.9, tak by z oferty jasno wynikało, jaki asortyment wykonawca zaoferował.

Pytanie 2: „W części II INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE w punkcie 2 zrezygnuje z pomiarów parametrów hemodynamicznych układu krążenia pacjenta przeprowadzony metodą termodylucji przezpłucnej:

- a) bez użycia cewnika Swan-Ganza,
- b) drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej ?”

Pytanie 3: „W części II INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE w punkcie 3 zrezygnuje z parametrów monitorowanych lub wyliczanych:

- e) Wskaźnik funkcji serca,
- f) Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa,
- g) Objętość pozanaczyniowej wody płucnej,
- h) Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych,
- i) Całkowita fakcja wyrzutowa ?”

Pytanie 4: „W części II INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE w punkcie 4 zrezygnuje z możliwość rozbudowy o ciągły pomiar saturacji krwi żyłnej ?”

Odpowiedź 2-4: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w pytaniu.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 17.12.2014 r. do godziny 09.30 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 09.45.

Egz.:

- 1. adresat.
- 2. aa.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765