

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Stenty uwalniające lek - ewerolimus lub pochodny

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Stenty uwalniające lek - ewerolimus lub pochodny.</p> <p>Stenty wieńcowe uwalniające lek antymitotyczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - typ uwalnianego leku: ewerolimus lub pochodny (z wyłączeniem sirolimusa), - kompatybilne z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max 0,058" (5 F), - ciśnienie nominalne dla stentu o średnicy 3,0 mm, max. 11 atm, - ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 mm, min. 16atm, - wymagane rozmiary podano poniżej, - stent na bazie stopu kobaltu lub na bazie stopu platynowo-chromowego lub na bazie stopu platynowo-irydium, - stent typu slotted tube lub wykonany w technice sinusoidalnej z pojedynczego elementu łączonego laserowo. 	szt.	900						

długości [mm]	Φ2 - 2,25mm	Φ2,5mm	Φ2,75mm	Φ3,0mm	Φ3,5mm	Φ4,0mm
8-11						
12-15						
18-21						
22-25						
26-29						
min. 32						

 - wymagane

UWAGA: poniższa deklaracja jest niezbędna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakość":

	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
Wykonawca oferuje stenty spełniające ww. wymagania z zakresu: dł. min. 38 mm dla śr. min. 3,5 mm o następujących parametrach (podać parametry w kolejności: długość w mm / średnica w mm)*: / / / / / / / /		
Wykonawca nie oferuje stentów spełniających ww. wymagania z zakresu: dł. min. 38 mm dla śr. min. 3,5 mm*		

* niepotrzebne skreślić

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY**Pakiet 3 Stenty do bifurkacji wieńcowych powlekane sirolimusem lub pochodnym**

Lp	Asortyment	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Producent i nazwa handlowa	Nr strony w załączniku nr 1.3, zawierającej informacje katalogowe dla tej pozycji formularza cenowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stenty do bifurkacji wieńcowych powlekane sirolimusem lub pochodnym. Stent stalowy lub kobaltowo - chromowy uwalniający lek sirolimus lub pochodny, umożliwiający w łatwy sposób przechodzenie na bifurkację. Ciśnienie RBP > 15 atm. Skracalność stentu dla średnicy 3,0 przy RBP mniejsze niż 2%. Różnica długości stentu i balonu 0,5 mm. Konstrukcja stentu otwarcie komórkowa zapewniająca łatwy dostęp do bocznic. Możliwość doprężania stentu: w zakresach 2,5-3 mm i 3,5-4 mm o min 0,5 mm. Wymagane rozmiary podano poniżej.	szt.	180						

długości [mm]	Φ2,25mm	Φ2,5mm	Φ2,75mm	Φ3,0mm	Φ3,5mm	Φ4,0mm
7-9						
11-13						
14-16						
17-19						
21-23						
24-26						
min. 28						

 - wymagane

Termin dostawy: dni roboczych (należy wpisać 3 lub 5).

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)