

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH – 2 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
3.	Rok produkcji 2015.	TAK	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK	
5.	Zasilanie 230V, 50 Hz.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
7.	Podłączenie wody ciepłej – wąż techniczny z nakrętką R ½”.	TAK	
8.	Podłączenie wody zimnej – wąż techniczny z nakrętką R ½”.	TAK	
9.	Odpływ o średnicy 50 mm.	TAK	
10.	Pojemność wymagana do zabiegu z zakresu 35 - 45 litrów.	TAK	
11.	Cztery dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia wody.	TAK	
12.	Automatyczny proces napełniania ciepłą i zimną wodą.	TAK	
13.	Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”.	TAK	
14.	Licznik wskazujący ilość czasu pozostałą do końca zabiegu.	TAK	
15.	Automatyczne wyłączenie pracy urządzenia po upływie zadanego czasu trwania zabiegu.	TAK	
16.	Możliwość rehabilitacji pacjenta siedzącego na wózku inwalidzkim.	TAK	
17.	Prysznic ręczny zamontowany w wannie.	TAK	
18.	Krzesło dla pacjenta.	TAK	
II. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)