

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## LAMPĄ SZCZELINOWĄ Z WYPOSAŻENIEM – 3 sztuki

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I. WYMAGANIA OGÓLNE I PARAMETRY</b>			
1.	Kompletna lampa szczelinowa z podbródkiem, typu Zeiss.	TAK	
2.	Trzy powiększenia: 10x, 16x, 25x	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
5.	Rok produkcji 2015.	TAK	
6.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	TAK	
7.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
8.	Oświetlenie LED.	TAK	
9.	Płynna regulacja natężenia światła – potencjometr umieszczony bezpośrednio przy joysticku, w korpusie lampy (tak by operator mógł obsługiwać potencjometr i joystick jedną ręką). Zasilacz w korpusie lampy.	TAK	
10.	Zakres długości szczeliny: 1-14 mm.	TAK	
11.	Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie: 0-14 mm.	TAK	
12.	Wysokość szczeliny: 14; 10; 5; 1; 0,3 mm.	TAK	
13.	Płynna rotacja szczeliny w zakresie: 0°-180°.	TAK	
14.	Filtr niebieski i bezczerwieny.	TAK	
15.	Okulary o powiększeniu 12,5x.	TAK	
16.	Minimalny zakres ustawienia szerokości rozstawu okularów: 55-78 mm.	TAK, podać	
17.	Korekcja wady operatora w zakresie minimum $\pm 5D$ .	TAK, podać	
<b>II. WYPOSAŻENIE NA KAŻDĄ LAMPĘ SZCZELINOWĄ</b>			
1.	Tonometr aplanacyjny odchylany (prawy-lewy) kompatybilny do oferowanej lampy, z adapterem do zamontowania na oferowanej lampie szczelinowej.	TAK	
a	Producent.	podać	
b	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
c	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	TAK	
d	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
2.	Dedykowany pod lampę szczelinową stolik jezdny z elektrycznie regulowaną wysokością. Błat na jedno urządzenie.	TAK	
a	Producent.	podać	
b	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
c	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane.	TAK	
d	Klasa wyrobu medycznego.	podać	

III.	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) - dostarczyć wraz z urządzeniami.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)