



TAM-561/2-PN/64-2015

Rybnik, dnia 28.10.2015 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawa ureterorenoskopu - 2 sztuki (zamówienie: TAM-561-PN/64-2015)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22.10.2015 r., pod nr 281632 - 2015

W związku z wniesionym przez wykonawcę kolejnym zapytaniem (numeracja pytania i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej w piśmie nr TAM-561/1-PN/64-2015 z dnia 26.10.2015 r.) zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie 11: „Jaki sprzęt medyczny Olympus ma być kompatybilny z URS. Bardzo prosimy o podanie nr modeli lub nr katalogowych”

Odpowiedź 11: Zamawiający wyjaśnia, że oferowane urządzenie ma być kompatybilne z następującym sprzętem prod. Olympus:

- światłowody: WA 03200A;
- źródła światła: CLV-S190, CLV-S40, CLH-250W;
- kamery: OTV-S7PRO HHD-L08E, MAJ554;
- sterowniki obrazu: OTV-S190 HDTV, OTV-SC.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 30.10.2015 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym samym dniu o godzinie 10.30).

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765