

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Lp.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny: „Wymogi”)
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Podgrzewacz płynów infuzyjnych fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2015.	TAK	
2.	Producent.	podać	
3.	Model / typ oferowanego urządzenia.	podać	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
5.	Zasilanie 230V, 50Hz.	TAK	
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Wymowana miska kwasoodporna z wzmocnionym dnem o pojemności min. 3,5 l.	TAK, podać	
2.	Podstawa jezdna podgrzewacza wykonana ze stali kwasoodpornej, kółka antystatyczne.	TAK	
3.	Termoregulator do płynnego ustawienia temperatury grzania z dokładnością nie gorszą niż 2°C.	TAK	
4.	Ogranicznik temperatury.	TAK	
5.	Przewód zasilający o długości min. 3m z uziemieniem.	TAK	
III.	DOKUMENTACJA:		
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) – dostarczyć wraz z urządzeniami.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)