

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA SYSTEMU ODBIORU SYGNAŁU EKG – 5 LETNIA LICENCJA DO DOSTĘPU DO SERWERA

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I	Wymagania ogólne.		
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ.	podać	
3.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
II	Wymagania szczegółowe.		
1.	Uruchomienie aplikacji odbiorczej diagnostycznego sygnału EKG nadawanego przez zespoły ratownictwa medycznego z defibrylatorów – obecnie Lifepak 12 i Lifepak 15 oraz innymi modelami nowej generacji – na należącym do zamawiającego komputerze o parametrach: System: Windows XP Professional Version 2002 Service Pak3 Pamięć RAM: 1 GB Procesor: Pentium 4 CPU 3.00 GHz Dysk twardy: pojemność 80 GB.	TAK	
2.	Wprowadzenie zmian w minimum 10 urządzeniach nadawczych, wskazanych przez Zamawiającego.	TAK	
3.	Przechowywanie odebranych danych min przez 7 dni.	TAK	
4.	Ręczne archiwizowanie odebranych danych - zapis w postaci PDF.	TAK	
5.	Kontrolowanie i generowanie raportów dotyczących transmisji danych.	TAK	
6.	Pomoc techniczna w czasie trwania licencji.	TAK	
III	Wyposażenie.		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)