

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**DOSTAWA WYSIĘGNIKÓW TELESKOPOWYCH Z WYPOSAŻENIEM – 25 SZTUK**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
<b>I. Informacje ogólne:</b>			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego wysięgnika.	podać	
3.	Wysięgnik fabrycznie nowy.	TAK	
4.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
<b>II. Parametry szczegółowe:</b>			
1.	Kompletny wysięgnik teleskopowy z uchwytem do montażu na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony na salę chorych.	TAK	
2.	Regulacja długości ramienia w zakresie min.: (85 – 200 cm).	TAK, podać	
3.	Możliwość ustawienia wysięgnika wraz z ekranem w pozycji równoległej do ściany (przesunięcie do boku za łóżko pacjenta).	TAK	
4.	Do każdego wysięgnika zasłonka (ekran) zapewniająca pacjentowi intymność podczas przeprowadzania procedur medycznych, do zawieszenia o wymiarach: <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość min.: 140 cm, max 160 cm</li> <li>szerokość min.: 200 cm (dopasowana do maksymalnej długości zaoferowanego wysięgnika)</li> </ul> przeznaczona do prania w 60°C, nieprzeźroczysta, kolor do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji.	TAK	
5.	Do każdego wysięgnika komplet zawieszek do zasłonki (ekranu).	TAK	
6.	Do każdego wysięgnika komplet śrub do zamocowania wysięgnika do ściany.	TAK	
<b>III. Dokumentacja:</b>			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z każdym wysięgnikiem.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.